



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L19398

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



25AA249420001

第 1 页 共 3 页

证书编号: ACZ202509190131

Page of

客 户 名 称 : 上海楚汉国际贸易有限公司

Name of Customer

客 户 地 址 : 中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3楼D-136室

Address of Customer

计 量 器 具 名 称 : 涂层测厚仪

Name of Instrument

规 格 / 型 号 : XCT330

Type/Specification

制 造 单 位 : 北京赛博瑞鑫科技有限公司

Manufacturer

出 厂 编 号 : 250902CT1508

Serial No.

管 理 编 号 : /

Regulation Number



(证书专用章)

证书专用章 Stamp

批准人

Approved by

余东阳

职务

Post

工程师

委 托 日 期 2025 年 09 月 19 日

Received Date Year Mont Day

校 准 日 期 2025 年 09 月 19 日

Calibration Date Year Mont Day

签 发 日 期 2025 年 09 月 19 日

Issue Date Year Mont Day

核验员

Checked by

乔晓东

校准员

Calibrated by

张梦真

地址: 珠海市金湾区红旗镇虹晖三路北1号一期厂房2栋206室
Add: Room 206, Building 2, Phase I, No. 1, Honghui Third Road North,
Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai
邮编(Post): 519090

电话(Tel): 0756-6923550
E-mail: ad@Anycheck.com.cn
传真(Fax): 0756-6923550



校准说明

Directions of Calibration

证书编号: ACZ202509190131

Certificate NO.

第 2 页 共 3 页

Page of

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关,带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with "*" is beyond the scope of our laboratory accreditation.

2. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

参照JJG 818-2018《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号	不确定度或最大允差 或准确度等级	设备编号	证书号	有效日期
Description/Model	Uncertainty of Measurement or Maximum	Certificate No.	certificate No	Due Date
标准膜厚片	$\pm 0.5\mu\text{m}$	170203026	ZS250720125S	2026-04-21

4. 校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 委托方现场

Operation

环境条件: 温度 22.5 °C

相对湿度 55%

Operation Environmen

5. 建议下次校准日期: 2026 年 09 月 18 日

Next calibration date is recommended





校准结果

Result of Calibration

报告编号: ACZ202509190131
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

1、外观及各部分相互作用(Appearance & Interaction): 正常(Normal)

2、示值误差(Calibration of error):

标准值 Standard values (μm)	示值平均值 Indicating average value (μm)	误差值 Error value (μm)	允差 MPE (μm)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
24.1	24.6	+0.5	± 3.2	P
50.6	51.2	+0.6	± 4.5	P
127.8	129.2	+1.4	± 8.4	P
245.4	247	+1.6	± 14.3	P
503	510	+7.0	± 27.2	P
800	803	+3.0	± 42.0	P
1700	1705	+5.0	± 87.0	P

备注(Remarks):

1. 测量结果的扩展不确定度: $U=2.0\mu\text{m}$, $k=2$;
(Expanded uncertainty of measuring results)

2. 依据: JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》。

In accordance with: JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.



以下空白
(The below is blank)